

[대외 37-01] 투석용수 미세물질검사(검사코드_70763) 세부항목 변경 안내



No.	변경 전		No.	변경 후		비 고
	항목	참고치(mg/L)		항목	참고치(mg/L)	
1	구리 (Copper,Cu)	≤ 0.10	1	구리 (Copper,Cu)	≤ 0.10	• 항목 추가 총염소(Total chlorine) 참고치 : ≤ 0.10 mg/L 그 외 항목 동일 • ISO 23500-3:2019 의거 세부항목 변경
2	나트륨 (Sodium,Na)	≤ 70	2	나트륨 (Sodium,Na)	≤ 70	
3	납 (Lead,Pb)	≤ 0.005	3	납 (Lead,Pb)	≤ 0.005	
4	마그네슘 (Magnesium,Mg)	≤ 4	4	마그네슘 (Magnesium,Mg)	≤ 4	
5	바륨 (Barium,Ba)	≤ 0.10	5	바륨 (Barium,Ba)	≤ 0.10	
6	비소 (Arsenic,As)	≤ 0.005	6	비소 (Arsenic,As)	≤ 0.005	
7	셀레늄 (Selenium,Se)	≤ 0.09	7	셀레늄 (Selenium,Se)	≤ 0.09	
8	수은 (Mercury,Hg)	≤ 0.0002	8	수은 (Mercury,Hg)	≤ 0.0002	
9	아연 (Zinc,Zn)	≤ 0.10	9	아연 (Zinc,Zn)	≤ 0.10	
10	알루미늄 (Aluminium,Al)	≤ 0.01	10	알루미늄 (Aluminium,Al)	≤ 0.01	
11	은 (Silver,Ag)	≤ 0.005	11	은 (Silver,Ag)	≤ 0.005	
12	카드뮴 (Cadmium, Cd)	≤ 0.001	12	카드뮴 (Cadmium, Cd)	≤ 0.001	
13	칼륨 (Potassium,K)	≤ 8	13	칼륨 (Potassium,K)	≤ 8	
14	칼슘 (Calcium,Ca)	≤ 2	14	칼슘 (Calcium,Ca)	≤ 2	
15	크롬 (Chromium,Cr)	≤ 0.014	15	크롬 (Chromium,Cr)	≤ 0.014	
16	안티몬 (Antimony,Sb)	≤ 0.006	16	안티몬 (Antimony,Sb)	≤ 0.006	
17	베릴륨 (Beryllium,Be)	≤ 0.0004	17	베릴륨 (Beryllium,Be)	≤ 0.0004	
18	탈륨 (Thallium,Tl)	≤ 0.002	18	탈륨 (Thallium,Tl)	≤ 0.002	
19	불소 (Fluoride,F)	≤ 0.20	19	불소 (Fluoride,F)	≤ 0.20	
20	질산염 (Nitrate)	≤ 2.00	20	질산염 (Nitrate)	≤ 2.00	
21	황산염 (Sulfate)	≤ 100	21	황산염 (Sulfate)	≤ 100	
22	염소 (Chlorine,Cl)	≤ 0.10	22	염소 (Chlorine,Cl)	≤ 0.10	
23	클로라민 (Chloramine)	≤ 0.10	23	클로라민 (Chloramine)	≤ 0.10	
24	pH	pH 5.8~8.5	24	총염소(Total chlorine) (추가)	≤ 0.10	
			25	pH	pH 5.8~8.5	